

Tıbbi Cihaz Bilgileri

Tanımlayıcı Bilgiler

| | |
|-------------------------|--|
| Ürün Tanımı: | ANZAI - YOK - SOLUNUM KONTROL SİSTEM |
| Birincil Ürün Numarası: | 14987718300253 (GS1) |
| Firma: | 2667269017943 - CANON MEDİKAL SİSTEMLER TURKEY ANONİM ŞİRKETİ (Üretici/İthalatçı/Bayi/İhracatçı) |
| Marka: | ANZAI |
| Ürün Adı: | SOLUNUM KONTROL SİSTEM |
| Ürün Künyesi: | Ürün Künyesi.pdf |
| Türkçe Etiket: | Türkçe Etiket.pdf |
| Orijinal Etiket: | AZ-733VI ETİKET.pdf |
| Versiyon/Model: | YOK |
| Referans/Katalog No: | AZ-733VI |
| İçerikteki Ürün Sayısı: | 1 |
| Ürün Açıklaması: | |

Sınıflandırma Bilgileri

| | |
|------------------|--|
| Sınıf: | Sınıf-IIb |
| GMDN: | 47928 - Hızlandırıcı sistemi eşzamanlayıcı |
| Branş Türü Kodu: | 49233-SOLUNUM KAYIT SİSTEMİ |

SUT Kodları

| | |
|-----------|-----|
| SUT Kodu: | Yok |
|-----------|-----|

Ürün Görselleri

| | |
|----------------------------|----|
| Ürün Görsel Dosyası | ↑↓ |
| görsel.jpg | |
| | ↓ |

Özellikler

| | |
|---|------------------|
| MRG Güvenlik Bilgisi: | Bilgi Bulunmuyor |
| Lateks içeriyor mu?: | Hayır |
| Ftalat/DEHP içeriyor mu?: | Hayır |
| Ürün iyonize radyasyon içerir mi?: | Hayır |
| Ürün nanomateryal içeriyor mu?: | Hayır |
| Vücuda implante edilebilir mi?: | Hayır |
| Tek kullanımlık mı?: | Hayır |
| Ürünün sınırlı kullanım sayısı var mı?: | Hayır |
| Tek bir hastaya mı kullanılabilir?: | Hayır |

Saklama/Kullanım Koşulu Bilgileri

| | | | | | |
|--|------|------|---------------------------|-------|----|
| Saklama ve/veya Koşulu Gerektiriyor mu?: | Evet | | | | |
| Saklama/Kullanım Koşulu Tipi | ↑↓ | Min | Max | Birim | ↑↓ |
| Saklama/Depolama Ortamı Nem Oranı | 10 | 90 | Percent Relative Humidity | | |
| Saklama/Depolama Ortamı Basıncı | 500 | 1060 | Hekto Pascal | | |
| Saklama/Depolama Ortamı Sıcaklığı | -10 | 60 | Derece Santigrat | | |
| | | | | | ↓ |

Durum Bilgileri

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Durum: | Kayıtlı |
| Tekil Ürün Durumu: | Tekil ürün hiç dahil edilmemiş. |
| Ürün Tipi: | Tıbbi Cihaz |
| Güncellenme Tarihi: | 29/06/2022 |
| ÜTS Başlangıç Tarihi: | 29/06/2022 |
| Durum Tarihi: | 29/06/2022 |
| Konfigürasyon Türü: | Tekil Takip Kapsamında |

İthal/İmal Bilgileri

| | |
|----------------------------|----------------------|
| İthal/İmal Bilgisi: | İthal |
| Menşei Ülke: | Japonya |
| İthal Edilen Ülke: | Japonya |
| GTİP Numarası: | 9033.00.00.00.00 () |
| Yerli Malı Belgesi Var mı? | Hayır |

Ürün Belgeleri

| | | | |
|--------------|----|-------------------|----|
| Belge No | ↑↓ | Belge Türü | ↑↓ |
| 017943-KK116 | | Kullanma Kılavuzu | |
| | | | ↓ |